

最終報告書

臭化リチウムのほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験
(試験番号：00-252)

財団法人 畜産生物科学安全研究所

目 次

要約	1 頁
試験目的	2
材料および方法	2
1. 被験物質	2
2. 対照物質	3
3. 溶媒	3
4. 試験細胞株	3
5. 培養液	3
6. 培養条件	3
7. S9 mix	4
8. 細胞増殖抑制試験	4
1) 被験物質の供試液の調製	4
2) 細胞の処理	5
3) 細胞増殖率の測定	5
9. 染色体異常試験	6
1) 被験物質および陽性対照物質の用量	6
2) 被験物質および陽性対照物質の供試液の調製	6
3) 細胞の処理	6
4) 試験群の構成および使用シャーレ数	7
5) 染色体標本の作製および細胞増殖率の測定	8
6) 染色体の観察	8
7) 染色体異常の分類および集計	8
8) 試験結果の判定	9
結果	9
1. 染色体異常試験（短時間処理法：S9 mix 非存在下）	9
2. 染色体異常試験（短時間処理法：S9 mix 存在下）	10
3. 染色体異常試験（連続処理法：24 時間処理）	10
結論および参考事項	10
参考文献	11

表：

表 1 - 1	臭化リチウムの染色体異常試験結果 (短時間処理法：S9 mix 非存在下)	13
表 1 - 2	臭化リチウムの染色体異常試験結果 (短時間処理法：S9 mix 存在下)	14
表 2	臭化リチウムの染色体異常試験結果 (連続処理法：24 時間処理)	15

図：

図 1	構造異常を有する細胞の出現頻度	16
図 2	数的異常を有する細胞の出現頻度	17

要 約

臭化リチウムの染色体異常誘発性の有無を検討するため、チャイニーズハムスター肺由来の線維芽細胞株（CHL/IU）を用いて *In vitro* における染色体異常試験を実施した。

染色体異常試験に用いる用量を決定するため、短時間処理法および連続処理法ともに 13.6~870 μ g/mL の範囲で細胞増殖抑制試験を行った。その結果、短時間処理法および連続処理法ともに 50%を上回る細胞増殖抑制は認められなかった。

したがって、染色体異常試験における用量は、短時間処理法および連続処理法ともに 217.5, 435 および 870 μ g/mL とした。

試験の結果、短時間処理法 S9 mix 非存在および存在下ともに染色体異常細胞の増加は認められなかった。また、連続処理法 24 時間処理においても染色体異常細胞の増加は認められなかった。

以上の成績から、本実験条件下では、臭化リチウムの CHL/IU 細胞に対する染色体異常誘発性は陰性と判定した。

試験目的

この試験は、臭化リチウムのほ乳類培養細胞に対する染色体異常誘発性の有無を明らかにするために実施した。

材料および方法^{1, 2)}

1. 被験物質

名 称 : 臭化リチウム

C A S 番号 : 7550-35-8

ロット番号 :

濃 度 : 55.6% (分析日:平成13年2月8日)

不純物: LiOH 0.049%, Na 122ppm, K 18ppm, Ca 7ppm,
Mg 0.1ppm 以下, Fe 1ppm 以下, Cu 0.5ppm, NH₄ 0.7ppm,
B 3ppm, Cl 160ppm, SO₄ 50ppm, Si 2ppm, 残分は水

入 手 先 :

入 手 日 : 平成13年2月19日

入 手 量 : 250 g

物 性 等 :

化学名 Lithium bromide

示性式 LiBr

分子量 86.85

性状(常温) 水溶液

沸点 140°C (54%水溶液, 濃度により変わる。)

溶解性 水: 61.3% (25°C, LiBr として)

安 定 性 : 安定 [実験終了後, (財)畜産生物科学安全研究所において保管した
残余被験物質を に委託して分析 (平成14年1
月21日, 容量法) した結果, 濃度は55.4%で, 実験期間中被験物質
は安定であったことを確認した。]

保管条件 : 冷暗所 (4°C), 密栓

2. 対照物質

陰性対照物質は、被験物質の溶媒として使用した生理食塩液（株式会社大塚製薬工場，ロット番号 K8H89，局方）を用いた。陽性対照物質は、連続処理法および短時間処理法 S9 mix 非存在下では 1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine（MNNG，Aldrich Chemical Company，ロット番号 00613PN，純度 97%）を，短時間処理法 S9 mix 存在下では 3,4-Benzo[a]pyrene (B[a]P, Sigma Chemical Company, ロット番号 57F-3434, 純度 98%) を用いた。

3. 溶媒

被験物質は水溶性であるため，溶媒には生理食塩液を用いた。

陽性対照物質の MNNG および B[a]P については，ジメチルスルホキシド(DMSO, 和光純薬工業株式会社，ロット番号 ACH7185，純度 99.9%) を用いた。

4. 試験細胞株

国立医薬品食品衛生研究所 変異遺伝部（元：国立衛生試験所 変異原性部）から昭和 60 年 1 月 13 日に分与を受けたチャイニーズハムスター肺由来の線維芽細胞株（CHL/ IU）を使用した。供試細胞は，細胞懸濁液に 10%の割合で DMSO を添加し，液体窒素条件下で保存しておいたものを培養液に戻し，解凍後の継代数が 8 回までのものを使用した。

5. 培養液

Eagle-MEM 粉末培地（Gibco Laboratories，ロット番号 1084659）を常法に従い調製し，これに非動化（56°C，30 分間加熱処理）仔牛血清（Gibco Laboratories，ロット番号 1092314，1101210）を 10%の割合で添加したものをを用いた。

6. 培養条件

供試細胞は，CO₂ インキュベーター(Napco 社)を用い，CO₂ 濃度 5%，空気 95%，温度 37°C，加湿条件下で培養した。

7. S9 mix

S9 mix は、ラット肝臓のホモジネートの薬物代謝酵素分画 (S9) にコファクターを加えて凍結されたものをキッコーマン株式会社から購入 (細胞増殖抑制試験: ロット番号: CAM-441, 2001 年 3 月 9 日製造, 2001 年 4 月 16 日購入, 染色体異常試験: ロット番号: CAM-447, 2001 年 6 月 29 日製造, 2001 年 7 月 19 日購入) し, -80°C 以下で保存したものを, 使用時に冷水中で解凍して用いた。使用した S9 の製造法および S9 mix の 1 mL あたりの組成は, 次のとおりである。

〔S9 製造法〕

A. 使用動物

- a) 種・系統: Sprague-Dawley 系ラット (日本エスエルシー株式会社)
- b) 性・週齢: 雄・7 週齢
- c) 体重: 212~242g (CAM-441), 211~241g (CAM-447)

B. 誘導法

- a) 誘導物質: phenobarbital (PB), 5, 6-benzoflavone (BF)
- b) 投与経路: 腹腔内投与
- c) 投与方法 (投与開始日起算)
 - 1 日目-PB 30 mg/kg, 2, 3, 4 日目-PB 60 mg/kg
 - 3 日目-BF 80 mg/kg

C. 調製法

最終投与の翌日に肝臓ホモジネートを遠心分離($9000\times g$)し, その上清を採取

S9 mix 1 mL 当たりの組成

S9	0.3 mL
MgCl ₂	5 $\mu\text{mol}/0.1\text{ mL}$
KCl	33 $\mu\text{mol}/0.1\text{ mL}$
G-6-P	5 $\mu\text{mol}/0.1\text{ mL}$
NADP	4 $\mu\text{mol}/0.1\text{ mL}$
HEPES 緩衝液	4 $\mu\text{mol}/0.2\text{ mL}$
蒸留水	0.1 mL

8. 細胞増殖抑制試験

染色体異常試験における被験物質の適切な用量を検討するため, 短時間処理法および連続処理法ともに 13.6, 27.2, 54.4, 108.8, 217.5, 435 および 870 $\mu\text{g}/\text{mL}$ の用量を用いて, 次に記載する細胞増殖抑制試験を行った。試験には各用量について 2 枚のシャーレを使用した。

1) 被験物質の供試液の調製

被験物質の供試液は, 使用時に被験物質を生理食塩液に溶解して最高用量の供

試液（原液）を調製し、次いで、原液の一部を生理食塩液で順次希釈して所定量の供試液を調製した。被験物質の添加量は、各シャーレの培養液量の 10 vol% とした。なお、供試液の調製に際しては、純度換算を行った。

2) 細胞の処理

短時間処理法の場合、直径 6 cm の円形プラスチック製シャーレ（Becton Dickinson 社）に 4×10^3 個/mL の細胞を含む培養液 5 mL を加え、培養開始 3 日後に S9 mix 非存在下の場合は各シャーレとも 3 mL を残して培養液を取り除き、生理食塩液（陰性対照）または被験物質の供試液各 0.3 mL をシャーレに加えた。また、S9 mix 存在下の場合は各シャーレとも 2.5 mL を残して培養液を取り除き、S9 mix 0.5 mL を加えた後、生理食塩液または被験物質の供試液各 0.3 mL をシャーレに加えた。培養 6 時間後に培養液を取り除き、新鮮培養液で細胞表面を 1 回洗浄し、新しい培養液 5 mL を加えて 18 時間培養した。一方、連続処理法の場合は短時間処理法の場合と同様の方法で細胞を培養し、培養開始 3 日後に生理食塩液または被験物質の供試液各 0.5 mL をシャーレに加えて 24 時間および 48 時間培養した。培養終了後、培養液を取り除き、生理食塩液で細胞表面を 2 回洗浄し、10vol%ホルマリン水溶液を加えて約 10 分間固定した。固定後、水洗し、0.1w/v%クリスタルバイオレット水溶液で約 10 分間染色した。水洗後、室温で一晩自然乾燥した。

3) 細胞増殖率の測定

上述の 8-2) で固定・染色した細胞は、染色の濃淡から細胞密度を単層培養細胞密度計（モノセレーターII, MI-60, オリンパス光学工業株式会社）を用いて測定し、陰性対照群の細胞増殖率を 100%とした時の各用量群の細胞増殖率を求めた。

その結果は下表に示したとおり、短時間処理法および直接法のいずれの場合も 50%を上回る細胞増殖抑制は認められず、50%細胞増殖抑制用量は $870 \mu\text{g/mL}$ 以上であると判断された。

〔短時間処理法〕

用 量 ($\mu\text{g/mL}$)	細胞増殖率 (%)					
	S9 mix 非存在下			S9 mix 存在下		
0. (溶媒)	100	100	[100.0]	100	100	[100.0]
13.6	105	96	[100.5]	91	94	[92.5]
27.2	104	92	[98.0]	108	100	[104.0]
54.4	107	98	[102.5]	104	94	[99.0]
108.8	107	91	[99.0]	88	90	[89.0]
217.5	102	97	[99.5]	96	92	[94.0]
435	89	86	[87.5]	75	71	[73.0]
870	97	86	[91.5]	87	82	[84.5]

[]: 平均値

〔連続処理法〕

用 量 ($\mu\text{g/mL}$)	細胞増殖率 (%)					
	24 時間処理			48 時間処理		
0. (溶媒)	100	100	[100.0]	100	100	[100.0]
13.6	89	107	[98.0]	110	98	[104.0]
27.2	107	113	[110.0]	112	103	[107.5]
54.4	105	97	[101.0]	105	98	[101.5]
108.8	94	107	[100.5]	102	91	[96.5]
217.5	99	112	[105.5]	104	95	[99.5]
435	95	95	[95.0]	100	93	[96.5]
870	90	93	[91.5]	90	79	[84.5]

[]: 平均値

9. 染色体異常試験

1) 被験物質および陽性対照物質の用量

細胞増殖抑制試験の結果から、被験物質の用量は、短時間処理法および連続処理法ともに 10mM に相当する 870 $\mu\text{g/mL}$ を最高用量とし、以下公比 2 で 435 および 217.5 $\mu\text{g/mL}$ の計 3 用量とした。陽性対照物質の MNNG は 2.5 $\mu\text{g/mL}$ 、B[a]P は 10 $\mu\text{g/mL}$ の用量を用いた。

2) 被験物質および陽性対照物質の供試液の調製

被験物質の供試液は、使用時に被験物質を生理食塩液に溶解して最高用量の供試液を調製した。次いで、原液の一部を生理食塩液で順次希釈し、所定量の供試液を調製した。陽性対照物質の MNNG は 0.5 mg/mL、B[a]P は 2.0 mg/mL の供試液を調製した。なお、供試液の調製に際しては、純度換算を行った。

3) 細胞の処理

4 $\times 10^3$ 個/mL の細胞を含む培養液 5 mL を直径 6 cm の円形プラスチック製

シャーレ (Becton Dickinson 社) に加え、3 日間培養後、下記の方法で処理した。培養には 1 用量当たり 4 枚のシャーレを用い、そのうち 2 枚は染色体標本作製用に、残りの 2 枚は細胞増殖率測定用に使用した。但し、陽性対照群については細胞増殖率の測定は行わず、用いるシャーレは染色体標本作製の 2 枚とした。

短時間処理法の S9 mix 非存在下の場合は、各シャーレとも 3 mL を残して培養液を取り除き、生理食塩液および被験物質供試液は 0.3 mL、MNNG の供試液は 0.015 mL を各シャーレに添加して培養した。また、S9 mix 存在下の場合は、各シャーレとも 2.5 mL を残して培養液を取り除いた後、S9 mix 0.5 mL を加え、続いて、生理食塩液および被験物質供試液は 0.3 mL、B[a]P の供試液は 0.015 mL を各シャーレに添加して培養した。S9 mix 非存在および存在下のいずれの場合も、培養 6 時間後に培養液を取り除き、新鮮培養液で細胞表面を 1 回洗浄し、新しい培養液 5 mL を加え、さらに 18 時間培養した。

連続処理法の場合は、生理食塩液および被験物質供試液は 0.5 mL、MNNG の供試液は 0.025 mL を各シャーレに加え、24 時間培養した。

4) 試験群の構成および使用シャーレ数

〔短時間処理法〕

用量($\mu\text{g/mL}$)	使用シャーレ数	
	S9 mix 非存在下	S9 mix 存在下
0 (陰性対照) ^a	4	4
217.5	4	4
435	4	4
870	4	4
2.5 (陽性対照) ^b	2	--
10 (陽性対照) ^c	--	2

a : 生理食塩液, b : MNNG, c : B[a]P, 使用シャーレ数 : 36

〔連続処理法〕

用量($\mu\text{g/mL}$)	使用シャーレ数
	24 時間処理
0 (陰性対照) ^a	4
217.5	4
435	4
870	4
2.5 (陽性対照) ^b	2

a : 生理食塩液, b : MNNG, 使用シャーレ数 : 18

5) 染色体標本の作製および細胞増殖率の測定

標本作製の2時間前に、培養中の各シャーレにコルセミド(Gibco Laboratories, ロット番号 1081687)を最終濃度として $0.2\mu\text{g}/\text{mL}$ となるように添加した。培養終了後、培養液を取り除き、 $0.2\text{w}/\text{v}\%$ トリプシン水溶液2 mLで処理して細胞をシャーレから剥離し、新鮮培養液5 mLを入れた遠沈管に移し、1000rpm、5分間遠心分離した。上清を捨て、細胞沈渣に低張液の75mM塩化カリウム水溶液4 mLを加えて懸濁し、 37°C で15分間低張処理した。低張処理後、用時調製した冷却メタノール・酢酸(3:1)混合液(v/v)1 mLを添加して固定した。1000rpmで5分間遠心分離し、上清を捨て、細胞沈渣を新しい固定液4 mLで懸濁・固定した。この操作を3回繰り返した後、少量の固定液で適切な密度に細胞を懸濁し、スライドガラスの2ヶ所に1滴ずつ滴下し、室温で一晩自然乾燥した。乾燥後、Sørensen 緩衝液(pH6.8, 株式会社ヤトロン, ロット番号 1478)を用いて希釈した1.4 vol%ギムザ液で約15分間染色した。水洗後、室温で乾燥して染色体標本とした。標本は、1シャーレ当たり3枚作製した。

細胞増殖率の測定は、培養終了後、培養液を取り除き、生理食塩液で細胞表面を2回洗浄し、10vol%ホルマリン水溶液を加えて約10分間固定した。固定後水洗し、 $0.1\text{w}/\text{v}\%$ クリスタルバイオレット水溶液で約10分間染色し、水洗後乾燥した。単層培養細胞密度計(モノセレーターII, MI-60, オリンパス光学工業株式会社)を用いて陰性(溶媒)対照群の細胞増殖率を100%とした時の各用量群の細胞増殖率を求めた。

6) 染色体の観察

染色体の観察は60倍のノーカバー対物レンズを用いて総合倍率600倍で検鏡した。観察は標本をすべてコード化し、盲検法で行った。各用量とも、染色体が明瞭に識別でき、染色体の数が 25 ± 2 本の分裂中期像について、1シャーレ当たり100個、すなわち、1用量当たり2枚のシャーレの合計200個について観察した。

7) 染色体異常の分類および集計³⁾

染色体異常の分類は、構造異常については、染色分体型の切断と交換、染色分型の切断と交換(二動原体、環状染色体など)およびその他(断片化など)とした。数的異常については、倍数性細胞(倍数体)のみを記録した。

ギャップ（染色分体型および染色体型）については、異常として記録したが、構造異常には含めなかった。ギャップは、染色分体幅よりも狭い非染色性部位とした。

染色体異常の集計については、上述に分類した異常を一つでも有する細胞は異常細胞として記録し、異常の種類別の集計を行った。構造異常および数的異常の総数は、観察した細胞 200 個中に認められた異常細胞数を表示した。

8) 試験結果の判定

試験結果の判定に当たり、構造異常および倍数性細胞の出現頻度は、多試料 χ^2 検定を行って、有意差（有意水準 5%以下）が認められた場合は、Fisher の直接確率法を用いて陰性対照群と各用量群との間の有意差検定（有意水準は多重性を考慮して、5%または 1%を処理群の数で割ったものを用いた。）を行った。その結果、陰性対照群と比較して、被験物質群における染色体異常細胞の出現頻度が 2 用量以上で有意に増加し、さらに用量依存性が認められた場合、染色体異常誘発性は陽性と判定した。なお、単一用量でのみ有意な増加が認められた場合は、それに近い用量を用いて確認試験を行い、その結果、再現性のある結果が認められた場合には、染色体異常誘発性は陽性とした。

結 果

1. 染色体異常試験（短時間処理法：S9 mix 非存在下）

結果は表 1-1 に示した。染色体の構造異常を有する細胞の出現頻度は、陰性対照群では 2.0%と低値であった。被験物質群では 3.0~4.5%の範囲の出現頻度であり、陰性対照群との間に統計学的有意差は認められなかった。陽性対照群の MNNG による染色体構造異常細胞の出現頻度は 96.5%であり、顕著な染色体異常誘発が確認された。

倍数体については、陰性対照群では 1.0%の低い出現頻度で認められた。被験物質群においても 0.5 または 1.0%の低い出現頻度で認められた。陽性対照群では、倍数体は認められなかった。

2. 染色体異常試験（短時間処理法：S9 mix 存在下）

結果は表 1-2 に示した。染色体の構造異常を有する細胞の出現頻度は、陰性対照群では 0.5%と低値であった。被験物質群では 0.5~1.0%の範囲の出現頻度で認められたが、陰性対照群との間に有意差は認められなかった。陽性対照群の B[a]P による染色体構造異常細胞の出現頻度は 49.5%であり、顕著な染色体異常誘発が確認された。

倍数体については、陰性対照群および被験物質群では認められなかった。陽性対照群においては、0.5%の低い出現頻度で認められた。

3. 染色体異常試験（連続処理法：24 時間処理）

結果は表 2 に示した。染色体の構造異常を有する細胞の出現頻度は、陰性対照群では 2.5%と低値であった。被験物質群では 1.5~2.5%の範囲の出現頻度で認められたが、陰性対照群との間に有意差は認められなかった。陽性対照群の MNNG による染色体構造異常細胞の出現頻度は 100%であり、顕著な染色体異常誘発が確認された。

倍数体については、陰性対照群では 0.5%の低い出現頻度で認められた。被験物質群では 0~1.0%の範囲の低い出現頻度で認められた。陽性対照群では認められなかった。

結論および参考事項

臭化リチウムの変異原性に関する報告は見当たらない。リチウム化合物の変異原性について、炭酸リチウムは、V79 細胞を用いた 6-チオグアニン抵抗性突然変異試験で陽性と報告されている⁴⁾。硫酸リチウムは、麦酒酵母菌を用いた復帰突然変異試験および体細胞組み換え試験でともに陽性と報告されている⁵⁾。塩化リチウムは、猿アデノウイルス SA7 とシリアンハムスター胚細胞を用いた形質転換試験で陰性と報告されている⁶⁾。次亜塩素酸リチウムについては、*S. typhimurium* を用いた復帰突然変異試験およびラット骨髄細胞を用いた染色体異常試験でともに陰性、CHO 細胞を用いた染色体異常試験では陽性と報告されている⁷⁾。また、クエン酸三リチウム塩は、*S.*

typhimurium および *E. coli* を用いた復帰突然変異試験並びにショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験でいずれも陰性，NMRI マウスを用いた骨髄小核試験では陽性と報告されている⁸⁾。

今回，臭化リチウムについて染色体異常誘発性の有無を調べるため，CHL/IU 細胞を用いた *In vitro* における染色体異常試験を実施した。その結果，短時間処理法 S9 mix 非存在および存在下並びに連続処理法 24 時間処理のいずれの方法においても染色体異常誘発作用は認められなかった。

したがって，本実験条件下では，臭化リチウムの CHL/IU 細胞に対する染色体異常誘発性は陰性と判定した。本試験結果は，CHL/IU 細胞において染色体異常を有する細胞の出現頻度が 5% 未満を陰性とする生物学的判断基準⁹⁾からみても陰性と判断されるものであった。

なお，試験を通して顕著な細胞周期の遅延が疑われる所見は認められなかったため，連続処理法 48 時間処理などの確認試験は行わなかった。

参考文献

- 1) Ishidate, M. Jr. and Odashima, S. (1977). Chromosome tests with 134 compounds on Chinese hamster cells *in vitro*, a screening for chemical carcinogens. *Mutation Research*, **48**, 337-354.
- 2) Matsuoka, A. Hayashi, M. and Ishidate, M. Jr. (1979). "Chromosomal aberration tests on 29 chemicals combined with S9 mix *in vitro*. *Mutation Research*, **66**, 277-290.
- 3) 日本環境変異原学会・哺乳動物試験分科会編，"化学物質による染色体異常アトラス"，朝倉書店，東京，1988，pp. 16-37.
- 4) D. Slamenova, E. Budayova, A. Gsbelovs, A. Moravkova and L. Panikova (1986). Results of genotoxicity testing of mazindol (degonan), lithium carbonicum (contemnol) and dropropizine (ditustat) in Chinese hamster V79 and human EUE cells, *Mutation Research*, **169**, 171-177.
- 5) Indira Singh (1983). Induction of reverse mutation and mitotic gene

conversion by some metal compounds in *Saccharomyces cerevisiae*, *Mutation Research*, **117**, 149-152.

- 6) B. C. Casto, J. Meyers and J. A. Dipalo (1979). Enhancement of viral transformation for evaluation of the carcinogenic or mutagenic potential of inorganic metal salts, *Cancer Research*, **39**, 193-198.
- 7) M. L. Weiner, K. J. Batt, D. L. Putman, R. D. Curren and Li. L. Yang (1990). Genotoxicity evaluation of lithium hypochlorite, *Toxicology*, **65**, 33-43.
- 8) M. -T. King, H. Beikirch, K. Eckhardt, E. Gocke and D. Wild (1979). Mutagenicity studies with x-ray-contrast media, analgesics, antipyretics, antirheumatics and some other pharmaceutical drugs in bacterial, drosophila and mammalian test systems, *Mutation Research*, **66**, 33-43.
- 9) 石館 基 監修, “改定増補 染色体異常試験データ集”, エル・アイ・シー, 東京, 1987. p. 19.

表 1-1 臭化リチウムの染色体異常試験結果(短時間処理法:S9mix非存在下)

被験物質 の用量 (μ g/mL)	観察 細胞数	染色体構造異常の細胞数(%)					ギャップの細胞 出現数 (%)	細胞 増殖率 (%)	染色体の数的異常の細胞数(%)				
		染色分体		染色体		その他			総異常 細胞数	観察 細胞数	倍数体	その他	総異常 細胞数
		切断	交換	切断	交換								
陰性対照 0	100	1	0	0	0	0	1	0		100	1	0	1
	100	3	2	0	0	0	3	1	100.0	100	1	0	1
	200	4	2	0	0	0	4	1		200	2	0	2
		(2.0)	(1.0)	(0)	(0)	(0)	(2.0)	(0.5)			(1.0)	(0)	(1.0)
217.5	100	2	1	0	1	0	4	2		100	0	0	0
	100	0	1	0	1	0	2	1	93.0	100	1	0	1
	200	2	2	0	2	0	6	3		200	1	0	1
		(1.0)	(1.0)	(0)	(1.0)	(0)	(3.0)	(1.5)			(0.5)	(0)	(0.5)
435	100	1	2	0	0	0	3	0		100	0	0	0
	100	2	3	0	1	0	4	1	99.0	100	2	0	2
	200	3	5	0	1	0	7	1		200	2	0	2
		(1.5)	(2.5)	(0)	(0.5)	(0)	(3.5)	(0.5)			(1.0)	(0)	(1.0)
870	100	1	3	0	2	0	3	1		100	0	0	0
	100	3	4	0	1	0	6	3	92.0	100	1	0	1
	200	4	7	0	3	0	9	4		200	1	0	1
		(2.0)	(3.5)	(0)	(1.5)	(0)	(4.5)	(2.0)			(0.5)	(0)	(0.5)
陽性対照 2.5	100	52	97	2	2	0	97	0		100	0	0	0
	100	54	95	3	0	0	96	0	--	100	0	0	0
	200	106	192	5	2	0	193	0		200	0	0	0
		(53.0)	(96.0)	(2.5)	(1.0)	(0)	(96.5)**	(0)			(0)	(0)	(0)

陰性対照:生理食塩液.

陽性対照:1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.

**: $p < 0.01$.

表 1-2 臭化リチウムの染色体異常試験結果(短時間処理法:S9mix存在下)

被験物質 の用量 (μ g/mL)	観察 細胞数	染色体構造異常の細胞数(%)					総異常 細胞数	ギャップの細胞		増殖率 (%)	染色体の数的異常の細胞数(%)			
		染色分体		染色体		その他		出現数 (%)	細胞		観察 細胞数	倍数体	その他	総異常 細胞数
		切断	交換	切断	交換									
陰性対照	100	0	1	0	0	0	1	0			100	0	0	0
0	100	0	0	0	0	0	0	0	100.0		100	0	0	0
	200	0	1	0	0	0	1	0			200	0	0	0
			(0)	(0.5)	(0)	(0)	(0)	(0.5)	(0)			(0)	(0)	(0)
217.5	100	0	1	0	0	0	1	0			100	0	0	0
	100	1	0	0	0	0	1	0	96.0		100	0	0	0
	200	1	1	0	0	0	2	0			200	0	0	0
		(0.5)	(0.5)	(0)	(0)	(0)	(1.0)	(1.0)			(0)	(0)	(0)	(0)
435	100	0	0	0	0	0	0	0			100	0	0	0
	100	1	1	0	0	0	1	0	106.0		100	0	0	0
	200	1	1	0	0	0	1	0			200	0	0	0
		(0.5)	(0.5)	(0)	(0)	(0)	(0.5)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
870	100	0	0	0	0	0	0	0			100	0	0	0
	100	0	0	0	1	0	1	0	105.0		100	0	0	0
	200	0	0	0	1	0	1	0			200	0	0	0
		(0)	(0)	(0)	(0.5)	(0)	(0.5)	(0)			(0)	(0)	(0)	(0)
陽性対照	100	5	55	0	0	0	55	1			100	1	0	1
10	100	5	42	0	1	0	44	1	—		100	0	0	0
	200	10	97	0	1	0	99	2			200	1	0	1
		(5.0)	(48.5)	(0)	(0.5)	(0)	(49.5)**	(1.0)			(0.5)	(0)	(0)	(0.5)

陰性対照:生理食塩液.

陽性対照:3,4-Benzo[a]pyrene.

** : $p < 0.01$.

表 2 臭化リチウムの染色体異常試験結果(連続処理法:24時間処理)

被験物質 の用量 ($\mu\text{g/mL}$)	観察 細胞数	染色体構造異常の細胞数(%)					ギャップの細胞 出現数 (%)	細胞 増殖率 (%)	染色体の数的異常の細胞数(%)				
		染色分体		染色体		その他			総異常 細胞数	観察 細胞数	倍数体	その他	総異常 細胞数
		切断	交換	切断	交換								
0	100	1	1	0	1	0	3	0		100	1	0	1
	100	1	0	0	1	0	2	0	100.0	100	0	0	0
	200	2	1	0	2	0	5	0		200	1	0	1
		(1.0)	(0.5)	(0)	(1.0)	(0)	(2.5)	(0)			(0.5)	(0)	(0.5)
217.5	100	2	0	0	0	0	2	0		100	0	0	0
	100	0	1	0	0	0	1	1	102.5	100	0	0	0
	200	2	1	0	0	0	3	1		200	0	0	0
		(1.0)	(0.5)	(0)	(0)	(0)	(1.5)	(0.5)			(0)	(0)	(0)
435	100	1	1	0	1	0	3	2		100	1	0	1
	100	1	1	0	0	0	1	1	106.5	100	1	0	1
	200	2	2	0	1	0	4	3		200	2	0	2
		(1.0)	(1.0)	(0)	(0.5)	(0)	(2.0)	(1.5)			(1.0)	(0)	(1.0)
870	100	2	0	0	0	0	2	0		100	0	0	0
	100	2	1	0	0	0	3	0	107.5	100	1	0	1
	200	4	1	0	0	0	5	0		200	1	0	1
		(2.0)	(0.5)	(0)	(0)	(0)	(2.5)	(0)			(0.5)	(0)	(0.5)
陰性対照	100	64	99	4	0	0	100	1		100	0	0	0
2.5	100	54	100	5	0	0	100	0	—	100	0	0	0
	200	118	199	9	0	0	200	1		200	0	0	0
		(59.0)	(99.5)	(4.5)	(0)	(0)	(100)**	(0.5)			(0)	(0)	(0)

陰性対照:生理食塩液.

陽性対照:1-Methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine.

**: $p < 0.01$.





図1 構造異常を有する細胞の出現頻度





図2 数的異常を有する細胞の出現頻度