

最終報告書

2-メチルバレルアルデヒドの 細菌を用いる復帰突然変異試験

厚生労働省医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室 委託

試験施設

財団法人食品薬品安全センター秦野

〒257-8523 神奈川県秦野市落合 729-

TEL 0463-82-4751

試験委託者 厚生労働省医薬食品局審査管理課 化学物質安全対策室
(東京都千代田区霞が関 1-2-2)

試験番号 M-12-020

被験物質 2-メチルバレルアルデヒド

試験項目 細菌を用いる復帰突然変異試験

試験開始日 2012 年 8 月 13 日

実験開始日 2012 年 8 月 27 日

実験終了日 2012 年 9 月 14 日

試験終了日 試験責任者の捺印日

試験資料保管場所 秦野研究所資料保存室

保管期間 試験終了後 10 年間
その後の保管については試験委託者と協議する。

運営管理者 財団法人食品薬品安全センター秦野研究所
所長 

この試験は、「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成 23 年 3 月 31 日付け、薬食発 0331 第 7 号厚生労働省医薬食品局長、平成 23・03・29 製局第 5 号経済産業省製造産業局長、環境企発 第 110331009 号環境省総合環境政策局長通知)に準拠し、「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準」(平成 23 年 3 月 31 日付け、薬食発 0331 第 8 号厚生労働省医薬食品局長、平成 23・03・29 製局第 6 号経済産業省製造産業局長、環境企発 第 110331010 号環境省総合環境政策局長通知)を遵守して実施したものである。

2013 年 03 月 13 日

試験責任者 

試験従事者

試験責任者


試験担当者

検体調製

試験操作

化学分析

被験物質管理



目次

要約	5
試験目的	5
試験ガイドラインと GLP	6
材料と方法	6
1. 被験物質	6
2. 陽性対照物質	6
3. 検定菌	7
4. 試験材料	7
5. 被験物質調製液の調製	9
6. 試験操作	9
7. 結果の表示	11
8. 判定	11
予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかったこと	12
試験成績と考察	12
1. 用量設定試験	12
2. 本試験	12
参考文献	13
表	14
図	17
資料	21

(最終ページ:27 ページ)

信頼性保証書

要約

2-メチルバレルアルデヒドの遺伝子突然変異誘発性の有無を調べるため、細菌を用いる復帰突然変異試験を実施し、陰性の結果を得た。

検定菌として、*Salmonella typhimurium* TA100、TA1535、TA98、TA1537 および *Escherichia coli* WP2 *uvrA* を用い、プレインキュベーション法により、S9 mix 非存在下および存在下で試験を行った。

1.50、5.00、15.0、50.0、150、500、1500 および 5000 µg/plate の 8 用量を設定して用量設定試験を行ったところ、以下の用量で生育阻害が認められた。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:1500 µg/plate 以上

WP2 *uvrA*:5000 µg/plate

S9 mix 存在下

すべての検定菌:1500 µg/plate 以上

用量設定試験の結果に基づき、以下の用量を設定して2回の本試験(本試験ⅠおよびⅡ)を行った。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:39.1、78.1、156、313、625、1250 および 2500 µg/plate

WP2 *uvrA*:156、313、625、1250、2500 および 5000 µg/plate

S9 mix 存在下

すべての検定菌:39.1、78.1、156、313、625、1250 および 2500 µg/plate

その結果、2回の本試験ともに、以下の用量で生育阻害が認められた。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:1250 µg/plate 以上

WP2 *uvrA*:2500 µg/plate 以上

S9 mix 存在下

すべての検定菌:2500 µg/plate

また、2回の本試験ともに、用いたいずれの検定菌においても、S9 mixの有無にかかわらず、陰性対照値の2倍以上となる変異コロニー数の増加は認められなかった。

以上の結果に基づき、2-メチルバレルアルデヒドは、用いた試験系において遺伝子突然変異誘発性を有しない(陰性)と判定した。

試験目的

2-メチルバレルアルデヒドの遺伝子突然変異誘発性(変異原性)の有無を検討し、安全性評価の資料とするために、細菌を用いる復帰突然変異試験をプレインキュベーション法¹⁾により実施した。

試験ガイドラインと GLP

この試験は、「新規化学物質等に係る試験の方法について」(平成 23 年 3 月 31 日付け、薬食発 0331 第 7 号厚生労働省医薬食品局長、平成 23・03・29 製局第 5 号経済産業省製造産業局長、環境企発第 110331009 号環境省総合環境政策局長通知)に準拠し、「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準」(平成 23 年 3 月 31 日付け、薬食発 0331 第 8 号厚生労働省医薬食品局長、平成 23・03・29 製局第 6 号経済産業省製造産業局長、環境企発第 110331010 号環境省総合環境政策局長通知)を遵守して実施した。

材料と方法

1. 被験物質

被験物質である 2-メチルバレラルデヒド[化学名(別名、IUPAC 名):2-メチルペンタナール、英名:2-Methylvaleraldehyde、略称:2-MV、CAS 番号:123-15-9、分子式: $C_6H_{12}O$ 、分子量:100.16、ロット番号:JPQXD、純度:98.1%(GC)、資料 1]は、無色～ほとんど無色透明の液体である。被験物質の物理化学的性状等を資料 2に示す。被験物質は[REDACTED]から購入し、使用時まで冷蔵(実測値:3～7℃)、遮光、密閉で保管した。

被験物質原体の安定性については、製品安全データシート中に、適切な条件下においては安定であることが記載されている。また、実験開始前(測定日:2012 年 8 月 21 日)および実験終了後(測定日:2013 年 1 月 15 日)に、秦野研究所においてフーリエ変換赤外分光光度計を用いて被験物質の赤外吸収スペクトルを測定し、両者の測定結果に変化がないことを確認した(資料 3)。

2. 陽性対照物質

用いた陽性対照物質および調製法は以下のとおりである。

名称	略称	ロット番号(購入日)	製造者	純度
2-(2-フリル)-3-(5-ニトロ-2-フリル)アクリルアミド	AF-2	STQ3987 (2010 年 8 月 6 日)	和光純薬工業	99.7%
アジ化ナトリウム	SA	HLP7075 (2010 年 8 月 3 日)	和光純薬工業	100.2%
9-アミノアクリジン	9AA	4785KA (2010 年 8 月 24 日)	MP Biomedicals	98.6%
ベンゾ[a]ピレン	B[a]P	L16T027 (2010 年 8 月 6 日)	Alfa Aesar	97.6%
2-アミノアントラセン	2AA	EPM0250 (2010 年 8 月 3 日)	和光純薬工業	96.3%

AF-2、9AA、B[a]P および 2AA はジメチルスルホキシド(DMSO、ロット番号:LAK5554、和光純薬工業)に、SA は日局注射用水(製造番号:K1E86、大塚製薬工場)に溶解して所定の濃度に調製したのち、冷

凍保存(設定温度:-20℃)し、調製後 6 か月以内に用時解凍して用いた。各陽性対照物質調製液の調製濃度および添加量を以下に示す。

菌 株	S9 mix 非存在下				S9 mix 存在下			
	物質名	調製濃度 (μg/mL)	添加量 (μL/plate)	用量 (μg/plate)	物質名	調製濃度 (μg/mL)	添加量 (μL/plate)	用量 (μg/plate)
<i>Salmonella typhimurium</i>								
TA100	AF-2	0.1	100	0.01	B[a]P	50	100	5
TA1535	SA	5	100	0.5	2AA	100	20	2
TA98	AF-2	1	100	0.1	B[a]P	50	100	5
TA1537	9AA	800	100	80	B[a]P	50	100	5
<i>Escherichia coli</i>								
WP2 <i>uvrA</i>	AF-2	0.1	100	0.01	2AA	100	100	10

各検定菌に用いた陽性対照物質は、秦野研究所で十分な蓄積データが得られている物質および用量とした。

3. 検定菌

「新規化学物質等に係る試験の方法について」に従い、試験には、ネズミチフス菌 (*Salmonella typhimurium*) TA100、TA1535、TA98、TA1537 および大腸菌 (*Escherichia coli*) WP2 *uvrA* を用いた。

S. typhimurium TA100、TA1535、TA98、TA1537 の 4 菌株は 1997 年 8 月 7 日に、*E. coli* WP2 *uvrA* 株は 1997 年 4 月 9 日に、いずれも日本バイオアッセイ研究センターの [] より分与された。*S. typhimurium* の 4 菌株を用いる試験は、ヒスチジン要求性から非要求性への復帰突然変異²⁾、*E. coli* WP2 *uvrA* 株を用いる試験は、トリプトファン要求性から非要求性への復帰突然変異³⁾を指標とした遺伝子突然変異誘発性の検出系である。

検定菌は冷凍保存(設定温度:-80℃)したもの(凍結保存菌)を、調製後 6 か月以内に用時解凍して試験に用いた。凍結保存菌は、液体培地にて 37℃で静止期の初期まで培養した菌液 0.8 mL に対し、滅菌 DMSO を 0.07 mL の割合で加えて混合したものをプラスチックチューブに分注し、急速凍結して調製したものであり、調製時に、アミノ酸要求性、UV 感受性、膜変異 (*rfa*)、アンピシリン耐性因子 pKM101 (プラスミド) の有無および陰性対照と陽性対照の変異コロニー数について調べ、特性が適正であることが確認されている。

4. 試験材料

1) 最少グルコース寒天平板培地

最少グルコース寒天平板培地(ロット番号:DZAD6M01、2012 年 6 月 22 日製造、極東製薬工業)を購入して用いた。なお、培地 1 L あたりの組成は以下のとおりで、径 90 mm のシャーレ 1 枚あたり 30 mL を

流して固めたものである。

硫酸マグネシウム・七水和物	0.2	g
クエン酸・一水和物	2	g
リン酸水素二カリウム	10	g
リン酸二水素アンモニウム	1.92	g
水酸化ナトリウム	0.66	g
グルコース	20	g
大洋寒天(ロット番号:BM-M5-249、SSK セールス)	15	g

2) トップアガー

①の水溶液をオートクレーブ滅菌後、フィルター滅菌した②または③を容量比 10:1 の割合で混合して用いた。

①	バクトアガー (Difco)	0.6 w/v%
	塩化ナトリウム	0.5 w/v%
②	<i>S. typhimurium</i> 用	
	L-ヒスチジン	0.5 mmol/L
	D-ビオチン	0.5 mmol/L
③	<i>E. coli</i> 用	
	L-トリプトファン	0.5 mmol/L

3) S9 mix の組成および調製

S9 mix 1 mL あたりの組成は以下のとおりで、用時氷冷下で混合して調製した。

成 分	S9 mix 1 mL 中の量	濃度
S9 ^{*1}	0.1 mL	10 vol%
0.2 mol/L ナトリウム-リン酸緩衝液(pH 7.4)	0.5 mL	100 µmol/mL
補酵素溶液 ^{*2}	0.38 mL	—
塩化カルウム	—	33 µmol/mL
グルコース-6-リン酸	—	5 µmol/mL
NADH	—	4 µmol/mL
NADPH	—	4 µmol/mL
0.4 mol/L 塩化マグネシウム溶液	0.02 mL	8 µmol/mL

NADH: Nicotinamide-adenine dinucleotide, reduced form, disodium salt

NADPH: Nicotinamide-adenine dinucleotide phosphate, reduced form, tetrasodium salt

^{*1}: S9(ロット番号:RAA-650、2012 年 6 月 1 日製造、キッコーマン)は、フェノバルビタール(PB)および 5,6-ベンゾフラボン(BF)を腹腔内投与(1 日目 PB 30 mg/kg、2 日目 PB 60 mg/kg、3 日目 PB 60 mg/kg+BF 80 mg/kg、4 日目 PB 60 mg/kg)した 7 週齢の雄 Sprague-Dawley 系ラット(体重:212~250 g)の肝臓から調製したものを購入後、冷凍保存(設定温度:-80℃)して、製造後 6 か月以内に用時解凍して試験に用いた。

^{*2}: 補酵素溶液は、上記の成分を混合してフィルター滅菌したのち、冷凍保存(設定温度:-80℃)し、調製後 6 か月以内に用時解凍して試験に用いた。

5. 被験物質調製液の調製

溶解性の予備検討の結果、被験物質は試験に必要な濃度 (50.0 mg/mL) で水に不溶であったが、DMSO には溶解したことから、媒体には DMSO を用いた。

試験に際しては、被験物質を秤量し、DMSO (ロット番号: DCH6360、和光純薬工業、分光分析用、純度 99.9% 以上) に溶解して最高濃度 (50.0 mg/mL) の被験物質調製液を調製し (調製量: 3.0 mL 以上)、以下同媒体で段階希釈した。被験物質調製液は用時調製し、媒体添加後 24 分以内 (室温: 26~27℃、用量設定試験)、35 分以内 (室温: 26℃、本試験 I) および 37 分以内 (室温: 25~27℃、本試験 II) に使用した。調製濃度を以下に示す。

用量設定試験: 0.0150、0.0500、0.150、0.500、1.50、5.00、15.0 および 50.0 mg/mL

本試験 I および II: 0.391、0.781、1.56、3.13、6.25、12.5、25.0 および 50.0 mg/mL

媒体中での被験物質の安定性については、秦野研究所において室温 (実測値: 20.9~24.0℃)、遮光下で保管した 0.0500 mg/mL および 100 mg/mL の濃度の試験液について、調製後 24 時間の安定性を確認した。分析法を資料 4 に示す。その結果、各被験物質調製液 (0.0500 mg/mL および 100 mg/mL) の平均含量は 106.0% および 101.8% (調製直後)、108.0% および 108.7% (調製後 24 時間) であった。各測定値のばらつきは 95.9~103.5% および 97.0~101.7% (調製直後)、92.5~103.9% および 99.1~101.5% (調製後 24 時間) であった。また、調製後 24 時間における各被験物質調製液 (0.0500 mg/mL および 100 mg/mL) の平均残存率は 101.9% および 106.8% であった (資料 5)。これらの値は、いずれも試験計画書に記載した許容基準 (平均含量: 90.0~110.0%、各測定値のばらつき: 平均値の 90.0~110.0% 以内、平均残存率: 90.0% 以上) 内であった。なお、被験物質調製液 (原液) の調製時に目視により、発熱、発泡などの変化がないことを確認した。

含量試験については、「医薬品・化学物質 GLP 解説 (2002)、薬事日報社」に基づき実施しなかった。

6. 試験操作

1) 試験菌液の作製

ニュートリエントブロス No. 2 (ロット番号: 612715、Oxoid) を 12 mL 入れた L 字型試験管 (容積: 29 mL) に、解凍した凍結保存菌 24 μ L (TA100、TA1535、TA98、TA1537 および WP2 *uvrA*) をすみやかに接種し、4℃ で保冷後、37℃ で 10 時間、往復振とう培養したものを試験菌液とした。振とうには DOUBLE SHAKER NR-3 (TAITEC) を用い、振幅は 25 mm、振とう回数は毎分 100 回とした。検定菌の増殖の確認のため、レシオビーム分光光度計 (日立 U-1900 形) (HITACHI) により、試験菌液の吸光度を 660 nm で測定した。また、段階希釈法により生菌数を求めた。660 nm の吸光度の測定値および生菌数を以下に示す。

試験の種類		検定菌				
		塩基対置換型			フレームシフト型	
		TA100	TA1535	WP2 <i>uvrA</i>	TA98	TA1537
用量設定試験	OD ₆₆₀	1.854	1.917	1.888	1.886	1.868
	生菌数 ($\times 10^9$ cells/mL)	1.52	2.55	3.42	2.48	1.53
本試験 I	OD ₆₆₀	1.852	1.879	1.870	1.887	1.823
	生菌数 ($\times 10^9$ cells/mL)	1.54	2.73	3.23	2.60	1.57
本試験 II	OD ₆₆₀	1.860	1.893	1.902	1.867	1.862
	生菌数 ($\times 10^9$ cells/mL)	1.40	2.70	3.66	2.23	1.24

各試験菌液の 660 nm の吸光度の測定値は、2011 年度の背景データ(秦野研究所)の平均値の 90% 以上であった。また、各試験菌液の生菌数は 1×10^9 cells/mL 以上であった。

2) 試験法

Ames らの標準法²⁾を参考にして、プレインキュベーション法¹⁾により、1 回の用量設定試験と 2 回の本試験を実施した。試験は、被験物質をそのまま検定菌に作用させる S9 mix 非存在下および哺乳動物(ラット)のもつ薬物代謝酵素によって産生される被験物質の代謝物の遺伝子突然変異誘発性を試験する S9 mix 存在下で行った。

小試験管中に被験物質調製液 0.1 mL、S9 mix 非存在下では 0.1 mol/L ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH 7.4) 0.5 mL、S9 mix 存在下では S9 mix 0.5 mL、試験菌液 0.1 mL を混合し、37℃で 20 分間プレインキュベーションしたのち、2 mL のトップアガーを加えて混和し、最少グルコース寒天平板培地上に流して固めた。また、被験物質調製液のかわりに使用媒体 0.1 mL または陽性対照物質溶液を加えて、それぞれ陰性対照および陽性対照とした。

培養は 37℃で 48 時間行い、出現した変異コロニー数を、コロニーアナライザー(CA-11、システムサイエンス、面積補正有り)または目視により計測した。被験物質に由来する沈殿の有無は、目視により観察した。また、生育阻害の有無については、目視あるいは実体顕微鏡下で、寒天表面の菌叢の状態から判断した。平板は各用量につき用量設定試験では 1 枚、本試験では 2 枚を使用し、陰性および陽性対照では、各試験とも 2 枚を使用した。陰性および陽性対照の変異コロニー数の平均値を、それぞれ陰性対照値および陽性対照値とした。

3) 試験用量

用量設定試験においては、「新規化学物質等に係る試験の方法について」に従い、すべての検定菌で最高用量を 5000 μ g/plate とし、1.50、5.00、15.0、50.0、150、500、1500 および 5000 μ g/plate の 8 用量を設定した。

本試験ⅠおよびⅡにおいては、以下の用量を設定した。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:39.1、78.1、156、313、625、1250 および 2500 µg/plate

WP2 *uvrA*:156、313、625、1250、2500 および 5000 µg/plate

S9 mix 存在下

すべての検定菌:39.1、78.1、156、313、625、1250 および 2500 µg/plate

4) 無菌試験

小試験管中に、最高用量の被験物質調製液 0.1 mL と 0.1 mol/L ナトリウム-リン酸緩衝液 (pH 7.4) 0.5 mL、あるいは S9 mix 0.5 mL のみを入れ、37℃で 20 分間プレインキュベーションしたのち、2 mL のトッパガー (*S. typhimurium* 用)を加えて混合し、それぞれ最少グルコース寒天平板培地上に流して固めた。37℃で 48 時間培養後、雑菌の混入の有無を調べた。なお、S9 mix の無菌試験については、同日に実施した他の試験と共通に用いた。

5) 識別法

平板側面に識別番号を記載した。S9 mix 非存在下は黒、S9 mix 存在下は赤の色で識別した。菌の識別は、TA100 は 0、TA1535 は 5、TA98 は 9、TA1537 は 7、WP2 *uvrA* は W とした。用量の識別は、菌の識別番号の右に用量の低いものから 1、2、3、・・・と記入した。陰性対照および陽性対照は、菌の識別番号の右に各々 0 および P と記入して識別した。試験の識別は、試験番号のかわりに菌の識別番号の左に 1 と記入した。生菌数測定における平板の識別は、菌の識別番号の左に VC と記入した。無菌試験における平板の識別は、被験物質については 1 のみを記入し、S9 mix については S9 と記入した。

6) 背景データによる管理

陰性対照値および陽性対照値が、秦野研究所における背景データの変動範囲内 (平均値 $\pm 3 \times$ 標準偏差) から外れた場合には、該当する検定菌について再度、同一用量を用いて試験を実施し、再試験のデータを採用することとした。なお、2011 年度に実施した各試験の陰性対照値および陽性対照値を背景データとした (資料 6)。

7. 結果の表示

結果の表示は、各々の平板における変異コロニー数の実測値とその平均値 (小数点以下第一位を四捨五入) を示し、用量-反応曲線の図を添付した。また、被験物質に由来する沈殿および生育阻害が認められた場合は、その旨表示することとした。

8. 判定

用いた 5 種の検定菌のうち、1 種以上の検定菌の S9 mix 非存在下あるいは S9 mix 存在下において、被験物質を含有する平板上における変異コロニー数の平均値が、陰性対照値の 2 倍以上に増加し、かつ、その増加に用量依存性あるいは再現性が認められた場合に、当該試験系において遺伝子突然変異誘発性を有する (陽性) と判定することとした。なお、結果の判定に統計学的手法は用いなかった。

予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかったこと

試験期間中に、「予見することができなかった試験の信頼性に影響を及ぼす疑いのある事態及び試験計画書に従わなかったこと」はなかった。

試験成績と考察

1. 用量設定試験

2-メチルパレルアルデヒドについて、1.50、5.00、15.0、50.0、150、500、1500 および 5000 µg/plate の 8 用量を設定して用量設定試験を行った(表 1)。その結果、以下の用量で生育阻害が認められた。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:1500 µg/plate 以上

WP2 *uvrA*:5000 µg/plate

S9 mix 存在下

すべての検定菌:1500 µg/plate 以上

被験物質に由来する沈殿は、S9 mix 非存在下および存在下ともに、いずれの用量においても認められなかった。

以上の結果から、2 回の本試験(本試験 I および II)における最高用量を、S9 mix 非存在下の TA100、TA1535、TA98 および TA1537 では 2500 µg/plate、WP2 *uvrA* では 5000 µg/plate、S9 mix 存在下では用いたすべての検定菌で 2500 µg/plate とした。

2. 本試験

以下の用量を設定して 2 回の本試験を行った(本試験 I:表 2、図 1 および図 2、本試験 II:表 3、図 3 および図 4)。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:39.1、78.1、156、313、625、1250 および 2500 µg/plate

WP2 *uvrA*:156、313、625、1250、2500 および 5000 µg/plate

S9 mix 存在下

すべての検定菌:39.1、78.1、156、313、625、1250 および 2500 µg/plate

その結果、2 回の本試験ともに、以下の用量で生育阻害が認められた。

S9 mix 非存在下

TA100、TA1535、TA98 および TA1537:1250 µg/plate 以上

WP2 *uvrA*:2500 µg/plate 以上

S9 mix 存在下

すべての検定菌:2500 µg/plate

被験物質に由来する沈殿は、S9 mix 非存在下および存在下ともに、いずれの用量においても認められなかった。また、2 回の本試験ともに、用いたいずれの検定菌においても、S9 mix の有無にかかわらず、陰性対照値の 2 倍以上となる変異コロニー数の増加は認められなかった。

すべての試験において、用いた最高用量の被験物質調製液および S9 mix への雑菌の混入は認められなかった。また、いずれの検定菌においても陽性対照物質の遺伝子突然変異誘発性が検出され、陽性対照値および陰性対照値は、ともに背景データの変動範囲内(平均値±3×標準偏差)であったことから、当該試験系の妥当性が確認された。

2-メチルバレルアルデヒドについては、当研究所で実施したチャイニーズ・ハムスター培養細胞を用いる染色体異常試験(試験番号:G-12-009)で、陽性の結果が得られている。

また、関連物質であるバレルアルデヒドおよびイソバレルアルデヒドについては復帰突然変異試験で陰性の結果が報告されている⁴⁾⁵⁾。

以上の結果から、2-メチルバレルアルデヒドは、用いた試験系において遺伝子突然変異誘発性を有しない(陰性)と判定した。

参考文献

- 1) Matsushima, T., Sugimura, T., Nagao, M., Yahagi, T., Shirai, A., Sawamura, M.: Factors modulating mutagenicity in microbial tests. in “Short-term Test Systems for Detecting Carcinogens” Norpoth, K. H., Garner, R. C. eds, Springer, Berlin-Heidelberg-New York (1980) pp. 273-285
- 2) Maron, D. M., Ames, B. N.: Revised methods for the Salmonella mutagenicity test. Mutation Research 113: 173-215 (1983)
- 3) Green, M. H. L.: Mutagen testing using Trp⁺ reversion in *Escherichia coli*. in “Handbook of Mutagenicity Test Procedures” Kilbey, B. J., Legator, M., Nichols, W., Ramel, C. eds, Elsevier, Amsterdam (1984) pp. 161-187
- 4) Screening Information Data Set for High Volume Chemicals OECD Initial Assessment
- 5) Screening Information Data Set for High Volume Chemicals OECD Initial Assessment

表 1 2-メチルバレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験(用量設定試験)

代謝活性化 系の有無	被験物質用量 ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	試験実施期間:2012年8月27日より2012年8月30日					
		復帰突然変異数 コロニー数/plate(平均)					
		塩基対置換型			フレームシフト型		
		TA100	TA1535	WP2 <i>uvrA</i>	TA98	TA1537	
S9 mix (-)	0 (陰性対照)	82 96 (89)	6 16 (11)	38 36 (37)	17 25 (21)	9 10 (10)	
	1.50	80	13	32	31	6	
	5.00	90	9	31	35	6	
	15.0	101	8	27	32	10	
	50.0	91	8	21	21	9	
	150	87	9	33	13	7	
	500	115	10	29	21	17	
	1500	79 *	9 *	37	21 *	6 *	
	5000	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *	
S9 mix (+)	0 (陰性対照)	103 95 (99)	7 10 (9)	32 37 (35)	38 40 (39)	15 18 (17)	
	1.50	108	14	27	36	7	
	5.00	94	13	26	36	14	
	15.0	104	7	44	28	17	
	50.0	111	7	38	37	16	
	150	107	9	31	39	22	
	500	92	13	30	39	19	
	1500	80 *	11 *	22 *	19 *	8 *	
	5000	0 *	0 *	0 *	0 *	0 *	
陽性 対照	S9 mixを 必要とし ないもの	名称	AF-2	SA	AF-2	AF-2	9AA
		用量($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01	0.5	0.01	0.1	80
		コロニー数/plate	323 348 (336)	567 572 (570)	98 102 (100)	396 451 (424)	253 208 (231)
	S9 mixを 必要とす るもの	名称	B[a]P	2AA	2AA	B[a]P	B[a]P
		用量($\mu\text{g}/\text{plate}$)	5	2	10	5	5
		コロニー数/plate	930 838 (884)	365 333 (349)	503 529 (516)	344 325 (335)	152 144 (148)

陰性対照, ジメチルスルホキシド

AF-2, 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide; SA, Sodium azide; 9AA, 9-Aminoacridine; B[a]P, Benzo[a]pyrene; 2AA, 2-Aminoanthracene

*, 生育阻害が認められた。

表 2 2-メチルバレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験(本試験 I)

代謝活性化 系の有無	被験物質用量 ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	試験実施期間:2012年9月4日より2012年9月7日					
		復 帰 変 異 数 コロニー数/plate(平均)					
		塩 基 対 置 換 型			フ レ ー ム シ フ ト 型		
		TA100	TA1535	WP2 <i>uvrA</i>	TA98	TA1537	
S9 mix (-)	0 (陰性対照)	87 85 (86)	5 13 (9)	28 38 (33)	22 27 (25)	10 7 (9)	
	39.1	102 88 (95)	15 8 (12)	NT	19 26 (23)	9 4 (7)	
	78.1	83 87 (85)	13 13 (13)	NT	22 20 (21)	5 5 (5)	
	156	95 95 (95)	10 6 (8)	32 29 (31)	20 30 (25)	13 16 (15)	
	313	83 85 (84)	6 5 (6)	28 29 (29)	27 29 (28)	10 5 (8)	
	625	87 107 (97)	5 10 (8)	30 29 (30)	20 28 (24)	13 14 (14)	
	1250	67 * 87 * (77)	10 * 10 * (10)	38 35 (37)	32 * 29 * (31)	12 * 12 * (12)	
	2500	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	
	5000	NT	NT	0 * 0 * (0)	NT	NT	
S9 mix (+)	0 (陰性対照)	83 100 (92)	6 13 (10)	37 37 (37)	24 40 (32)	16 17 (17)	
	39.1	83 101 (92)	7 6 (7)	32 36 (34)	47 43 (45)	20 12 (16)	
	78.1	83 97 (90)	10 9 (10)	35 28 (32)	32 23 (28)	20 12 (16)	
	156	93 99 (96)	10 8 (9)	30 34 (32)	41 35 (38)	20 17 (19)	
	313	82 86 (84)	7 7 (7)	39 35 (37)	28 36 (32)	16 20 (18)	
	625	101 93 (97)	9 9 (9)	43 40 (42)	31 33 (32)	20 26 (23)	
	1250	84 74 (79)	4 9 (7)	38 39 (39)	23 36 (30)	21 16 (19)	
	2500	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	19 * 22 * (21)	10 * 13 * (12)	0 * 0 * (0)	
陽 性 対 照	S9 mixを 必要とし ないもの	名称	AF-2	SA	AF-2	AF-2	9AA
		用量($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01	0.5	0.01	0.1	80
	S9 mixを 必要とす るもの	コロニー数/plate	302 308 (305)	547 543 (545)	109 100 (105)	428 418 (423)	278 290 (284)
		名称	B[a]P	2AA	2AA	B[a]P	B[a]P
		用量($\mu\text{g}/\text{plate}$)	5	2	10	5	5
		コロニー数/plate	924 812 (868)	318 369 (344)	493 503 (498)	317 280 (299)	145 123 (134)

陰性対照, ジメチルスルホキシド

AF-2, 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide; SA, Sodium azide; 9AA, 9-Aminoacridine; B[a]P, Benzo[a]pyrene; 2AA, 2-Aminoanthracene

*, 生育阻害が認められた。

NT, 実施せず。

表 3 2-メチルバレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験(本試験 II)

代謝活性化 系の有無	被験物質用量 ($\mu\text{g}/\text{plate}$)	試験実施期間:2012年9月11日より2012年9月14日					
		復 帰 変 異 数 コロニー数/plate(平均)					
		塩 基 対 置 換 型			フ レ ー ム シ フ ト 型		
		TA100	TA1535	WP2 <i>uvrA</i>	TA98	TA1537	
S9 mix (-)	0 (陰性対照)	83 84 (84)	7 16 (12)	29 20 (25)	22 15 (19)	9 6 (8)	
	39.1	86 80 (83)	13 9 (11)	NT	21 13 (17)	6 6 (6)	
	78.1	80 85 (83)	12 12 (12)	NT	21 25 (23)	8 6 (7)	
	156	81 96 (89)	12 11 (12)	22 24 (23)	17 22 (20)	6 6 (6)	
	313	82 82 (82)	12 10 (11)	28 24 (26)	19 15 (17)	8 10 (9)	
	625	93 97 (95)	8 11 (10)	23 27 (25)	29 22 (26)	7 12 (10)	
	1250	82 * 83 * (83)	9 * 15 * (12)	26 25 (26)	20 * 32 * (26)	9 * 14 * (12)	
	2500	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	
	5000	NT	NT	0 * 0 * (0)	NT	NT	
S9 mix (+)	0 (陰性対照)	83 82 (83)	9 13 (11)	30 26 (28)	32 34 (33)	16 20 (18)	
	39.1	84 94 (89)	10 10 (10)	36 36 (36)	30 21 (26)	21 18 (20)	
	78.1	92 82 (87)	9 9 (9)	36 35 (36)	21 31 (26)	18 19 (19)	
	156	84 95 (90)	10 8 (9)	31 33 (32)	38 32 (35)	12 17 (15)	
	313	90 90 (90)	6 5 (6)	39 32 (36)	28 32 (30)	16 13 (15)	
	625	80 92 (86)	12 13 (13)	33 27 (30)	32 32 (32)	12 17 (15)	
	1250	90 96 (93)	7 10 (9)	37 23 (30)	27 27 (27)	18 21 (20)	
	2500	0 * 0 * (0)	0 * 0 * (0)	21 * 10 * (16)	2 * 1 * (2)	0 * 0 * (0)	
陽 性 対 照	S9 mixを 必要とし ないもの	名称	AF-2	SA	AF-2	AF-2	9AA
		用量($\mu\text{g}/\text{plate}$)	0.01	0.5	0.01	0.1	80
	S9 mixを 必要とす るもの	コロニー数/plate	316 352 (334)	568 550 (559)	93 88 (91)	415 406 (411)	199 234 (217)
		名称	B[a]P	2AA	2AA	B[a]P	B[a]P
		用量($\mu\text{g}/\text{plate}$)	5	2	10	5	5
		コロニー数/plate	948 880 (914)	372 375 (374)	512 526 (519)	292 267 (280)	147 151 (149)

陰性対照, ジメチルスルホキシド

AF-2, 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide; SA, Sodium azide; 9AA, 9-Aminoacridine; B[a]P, Benzo[a]pyrene; 2AA, 2-Aminoanthracene

*, 生育阻害が認められた。

NT, 実施せず。




図 1 2-メチルバレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験(本試験 I、S9 mix 非存在下)




図 2 2-メチルパレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験(本試験 I, S9 mix 存在下)




図 3 2-メチルパレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験(本試験 II、S9 mix 非存在下)




図 4 2-メチルバレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験 (本試験 II、S9 mix 存在下)

資料 1



試験成績書


2012年07月03日

東京化成工業株式会社 品質保証部
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目10番8号
TEL: 03(5640)8860 FAX: 03(5640)8861

製品名：2-Methylvaleraldehyde					
製品コード：M0595	等級：EP	製品ロット：JPQXD	判定：合格		
項目	結果		規格値		
純度(GC)	98.1 %		95.0 %以上		
比重 (20/20)	0.8108		0.8080 ~ 0.8120		
屈折率 $n_{20/D}$	1.4002		1.3980 ~ 1.4010		

資料 2

被験物質の一般的事項

新規化学物質等の名称 (IUPAC 命名法による)	2-メチルペンタナール		
別 名	2-メチルバレラルデヒド、2-Methylvaleraldehyde		
C A S 番 号	123-15-9		
構 造 式 又 は 示 性 式 (いずれも不明の場合 は、その製法の概要)			
分 子 量	100.16		
試 験 に 供 し た 新 規 化学物質の純度(%)	98.1%(GC)		
試 験 に 供 し た 新 規 化学物質のロット番号	JPQXD		
不 純 物 の 名 称 及び含有率	_____		
蒸 気 圧	_____		
対 水 溶 解 度	_____		
1-オクタノール／水分配係数	_____		
融 点	_____		
沸 点	119℃		
常 温 に お け る 性 状	無色～ほとんど無色透明の液体		
安 定 性	適切な条件下においては安定(製品安全データシートより)。		
溶媒に対する溶解度等	溶 媒	溶 解 度 *	溶 媒 中 の 安 定 性 *
	水	50.0 mg/mL で不溶	50.0 mg/mL の濃度では、調製時に発熱、発泡および変色は認められなかった。
	D M S O	100 mg/mL で溶解	100 mg/mL の濃度では、調製時に発熱、発泡および変色は認められなかった。調製後 24 時間の安定性(0.05 mg/mL および 100 mg/mL、室温、遮光保管)を確認した。
	アセトン	100 mg/mL で溶解	100 mg/mL の濃度では、調製時に発熱、発泡および変色は認められなかった。

[備考] 物理化学的性状は、可能な限り記入すること。

1. 「蒸気圧」の欄には、被験物質の蒸気圧を記入すること。
2. 「安定性」の欄には、温度、光等に対する安定性を記入すること。
3. 「溶媒に対する溶解度等」の欄には、被験物質の溶媒に対する溶解度及びその溶媒中での安定性を記入すること。

*: (財) 食品薬品安全センター秦野研究所において確認した。

資料 3

被験物質原体の安定性の測定方法

① 使用機器

フーリエ変換赤外分光光度計 (FTIR-8300)

島津製作所

② 測定条件

測定方法

液膜法

波数範囲


4000～400 cm^{-1}

③ 測定方法


被験物質 1、2 滴を 2 枚の窓板 (臭化カリウム) の間に挟み、測定した。対照は、測定雰囲気のパックグラウンド吸収とした。

2-メチルパレルアルデヒドの赤外吸収スペクトル測定結果

実験開始前



実験終了後



資料 4

被験物質調製液中の被験物質濃度測定法

① 試薬

ジメチルスルホキシド(分光分析用、以下、DMSO)	和光純薬工業
アセトン(HPLC 用)	和光純薬工業

② 使用機器

電子天秤(R200D)	ザルトリウス
ガスクロマトグラフ(GC)システム	島津製作所

主要構成: GC-14B(ガスクロマトグラフ)、AOC-20i(オートインジェクタ)、C-R7A または C-R7A plus
(データ処理装置)

③ 標準溶液の調製

被験物質約 50 mg を精密に量り(調製直後:51.45 mg、調製後 24 時間:50.42 mg)、DMSO に溶解して正確に 20 mL として、標準原液(調製直後:2.572 mg/mL、調製後 24 時間:2.521 mg)とした。この標準原液 1 mL を正確にとり、DMSO を加えてそれぞれ正確に 100、50、25 および 10 mL とし、標準溶液(調製直後:25.72、51.44、102.8 および 257.2 $\mu\text{g/mL}$ 、調製後 24 時間:25.21、50.42、100.8 および 252.1 $\mu\text{g/mL}$ 、各濃度 $n=1$)を調製した。

④ 試料溶液の調製

被験物質調製液の 1 mL を正確にとり、DMSO で適宜希釈し、検量線の範囲内となるように試料溶液を調製した。試料溶液は、被験物質調製液の採取から $n=3$ で調製した。

⑤ 検量線の作成および被験物質調製液中被験物質濃度の算出

試料溶液および標準溶液をガスクロマトグラフィーにより測定した。標準溶液は $n=2$ で測定し、得られた 2-MV のピーク面積と調製濃度を基に、最小二乗法により検量線を作成した。試料溶液は、各 $n=1$ で測定し、得られた 2-MV のピーク面積から、先の検量線を用いて、試料溶液中の 2-MV の濃度を求めた。さらに、希釈係数を乗じて被験物質調製液中の 2-MV 濃度を算出し、調製濃度に対する割合(含量、%)および各測定濃度の平均値に対するばらつき(%)を算出した。

⑥ ガスクロマトグラフ測定条件

検出器	水素炎イオン化検出器(FID)
	水素 60 kPa、空気 50 kPa、メイクアップガス 30 kPa(ヘリウム)
分析カラム	TC-624 (長さ 30 m、内径 0.53 mm、膜厚 3.0 μm 、GL サイエンス)
キャリアガス	ヘリウム (100 kPa)
カラム温度	70°C (2 min) $\rightarrow$ 30°C/min $\rightarrow$ 250°C (0 min)
注入口設定温度	250°C
検出器設定温度	250°C
試料注入量	1.0 μL

試料注入方式	スプリット
オートインジェクタ洗浄液	アセトン
モニター時間	5 分
システムの適合性	分析開始前に、標準溶液(調製直後:102.8 µg/mL、調製後 24 時間:100.8 µg/mL)を 3 回測定し、2-MV のピーク保持時間およびピーク面積の相対標準偏差(%)がそれぞれ $\pm 3.0\%$ 以内および $\pm 5.0\%$ 以内であることを確認した。

⑦ 数値の取り扱い

- 1) システム適合性におけるピーク保持時間、ピーク面積は機器の出力値をそのまま使用した。ピーク保持時間の平均値は、四捨五入して小数点以下第 3 位まで、ピーク面積の平均値は四捨五入して整数で表示した。また、相対標準偏差は四捨五入して小数点以下第 1 位まで求めた。

- 2) 被験物質の秤量: 有効数字 3 桁以上

標準物質の秤量: 有効数字 4 桁以上

投与検体の濃度: 有効数字 3 桁(有効数字 4 桁目を四捨五入)

標準溶液の濃度: 有効数字 4 桁(有効数字 5 桁目を切り捨て)

測定結果の濃度およびそれらの平均値:

有効数字 4 桁(有効数字 5 桁目を切り捨て)

測定結果の含量(%), ばらつき(%), および残存率(%)ならびにそれらの平均値:

小数点以下第 1 位(小数点以下第 2 位を四捨五入)

資料 5

安定性試験結果

試験番号	M-12-020
------	----------

被験物質：2-メチルパレルアルデヒド

調製年月日 2012年8月23日

ロット番号：JPQXD

測定年月日 A 2012年8月23日(調製直後)

媒体：DMSO

B 2012年8月24日(調製後24時間)

保管条件

室温、遮光

調製濃度 (mg/mL)	A				B				
	試料 番号	測定濃度 (mg/mL)	含量 ^{a)} (%)	ばらつき ^{b)} (%)	試料 番号	測定濃度 (mg/mL)	含量 ^{a)} (%)	ばらつき ^{b)} (%)	残存率 ^{c)} (%)
0.0500	1	0.05086	101.7	95.9	7	0.04994	99.9	92.5	94.2
	2	0.05329	106.6	100.5	8	0.05598	112.0	103.6	105.6
	3	0.05488	109.8	103.5	9	0.05612	112.2	103.9	105.9
	平均	0.05301	106.0		平均	0.05401	108.0		101.9
100	4	103.2	103.2	101.4	10	110.2	110.2	101.5	108.3
	5	103.5	103.5	101.7	11	107.6	107.6	99.1	105.7
	6	98.79	98.8	97.0	12	108.2	108.2	99.6	106.3
	平均	101.8	101.8		平均	108.6	108.7		106.8

a): 各測定時の測定濃度/調製濃度×100

b): 各測定時の測定濃度/各測定時の平均測定濃度×100

c): 各測定時の測定濃度/初回の平均測定濃度×100

安定性の判断基準(溶液検体)

調製直後および保管後の平均含量がそれぞれ調製濃度の90.0～110.0%、また、各測定値のばらつきがそれぞれ平均値の90.0～110.0%以内であり、かつ、調製直後の測定平均値に対する保管後の残存率が平均値の90.0%以上を示す期間。

資料 6

試験に用いた検定菌の復帰変異コロニー数の
背景データ(プレインキュベーション法)

(2011年4月～2012年3月)

	陰性対照値		陽性対照値	
	(- S9 mix)	(+ S9 mix)	(- S9 mix)	(+ S9 mix)
TA100	102 ± 12* (n=149)	101 ± 13 (n=156)	358 ± 39 (AF-2, 0.01 µg/plate) (n=145)	1016 ± 103 (B[a]P, 5 µg/plate) (n=85)
TA1535	11 ± 3 (n=143)	11 ± 3 (n=144)	551 ± 55 (SA, 0.5 µg/plate) (n=139)	399 ± 42 (2AA, 2 µg/plate) (n=140)
WP2 <i>uvrA</i>	28 ± 6 (n=141)	32 ± 6 (n=145)	99 ± 14 (AF-2, 0.01 µg/plate) (n=137)	630 ± 101 (2AA, 10 µg/plate) (n=141)
TA98	21 ± 4 (n=149)	30 ± 4 (n=155)	430 ± 61 (AF-2, 0.1 µg/plate) (n=145)	326 ± 38 (B[a]P, 5 µg/plate) (n=84)
TA1537	9 ± 2 (n=145)	17 ± 3 (n=150)	373 ± 95 (9AA, 80 µg/plate) (n=141)	149 ± 18 (B[a]P, 5 µg/plate) (n=85)

*: 平均値の平均 ± 標準偏差
n: 試験数

AF-2 : 2-(2-Furyl)-3-(5-nitro-2-furyl)acrylamide
SA : Sodium azide
9AA : 9-Aminoacridine
B[a]P : Benzo[a]pyrene
2AA : 2-Aminoanthracene

信頼性保証書

表題 2-メチルバレルアルデヒドの細菌を用いる復帰突然変異試験

試験番号 M-12-020

この試験に関する信頼性保証部門による査察および監査状況等は下記のとおりであった。

査察・監査項目	査察・監査年月日	運営管理者および試験責任者への報告年月日
試験計画書	2012 年 8 月 13 日	2012 年 8 月 13 日
試験計画書変更書 M-12-020-No.1	2012 年 9 月 3 日	2012 年 9 月 3 日
被験物質原体の安定性(実験開始前)	2012 年 8 月 21 日	2012 年 8 月 21 日
媒体中の安定性(調製直後)	2012 年 8 月 23 日	2012 年 8 月 23 日
被験物質調製液の調製および検定菌処理	2012 年 9 月 5 日	2012 年 9 月 5 日
コロニー数の計測	2012 年 9 月 7 日	2012 年 9 月 10 日
報告書草案および生データ	2013 年 2 月 19 日	2013 年 2 月 19 日
最終報告書	2013 年 3 月 13 日	2013 年 3 月 13 日

試験は、「新規化学物質等に係る試験を実施する試験施設に関する基準」(平成 23 年 3 月 31 日、薬食発 0331 第 8 号、平成 23・03・29 製局第 6 号、環保企発第 110331010 号)を遵守して実施され、また、この報告書は試験に使用された方法および手順を正確に記載し、記載された結果は試験の生データを正確に反映していることを保証する。

2013 年 3 月 13 日

財団法人食品薬品安全センター秦野研究所

信頼性保証部門責任者

